

Số: /BVĐKĐN-VTTBYT
V/v mời chào giá Dao mổ điện cao tần
(Máy cắt đốt nội soi tiêu hóa).

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Dao mổ điện cao tần (Máy cắt đốt nội soi tiêu hóa), kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Hoàng Thị Toàn

Chức vụ: Nhân viên

Số điện thoại: (02518) 825 606

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện

Địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế (P334), Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

(Lưu ý: Có giấy giới thiệu khi gửi báo giá trực tiếp).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Trước 16 giờ 30 phút ngày 26/01/2026.**

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 6 tháng kể từ ngày 26/01/2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị theo phụ lục (đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản; đồng tiền thanh toán: VNĐ.

- Thời hạn thanh toán: Theo thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:

- + Bảng chào giá có ký tên, đóng dấu (*theo biểu mẫu đính kèm*);
- + Báo giá thể hiện cụ thể mức % thuế VAT và số tiền thuế tương ứng;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (bắt buộc);
- + Hợp đồng tương tự gần nhất hoặc kết quả trúng thầu gần nhất tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Chất lượng hàng hóa: mới 100%, chưa qua sử dụng, năm sản xuất 2025 trở về sau, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- + Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng và không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Ban Giám đốc BV;
 - Website BV;
 - <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>.
 - Lưu: VT, VTTBYT.
- (ToanHT)

GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Tuấn

DANH MỤC

(Đính kèm Công văn số: /BVĐKĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2026
của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai)

DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN (MÁY CẮT ĐỐT NỘI SOI TIÊU HÓA)

I. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau
- Xuất xứ máy chính: G7 hoặc EU
- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE (hoặc tương đương)
- Nguồn điện cung cấp: theo tiêu chuẩn điện áp Việt Nam.
- Môi trường hoạt động: phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường tại Việt Nam

II. Cấu hình:

- 01 Máy chính Máy cắt đốt cao tần
- Máy đốt Argon Plasma và Dao đốt Argon plasma nội soi (đốt bên, đốt thẳng), Bàn đạp và các phụ kiện đi kèm khác.
- Xe đẩy máy cắt đốt
- Các phần mềm liên quan dùng cho mổ nội soi tiêu hóa.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh

III. Tính năng, thông số kỹ thuật (hoặc tương đương):

1. Dao mổ điện

- Màn hình cảm ứng
- Công suất đơn cực ≥ 400 W
- Công suất lưỡng cực ≥ 200 W
- Có kết nối wifi, có khả năng tích hợp với phòng mổ thông minh.
- Tích hợp chế độ đặc biệt chuyên dùng cho nội soi tiêu hóa để cắt Polyp, ERCP-
- **Chế độ cắt đơn cực:** Có đầy đủ các chế độ cắt như: cắt thuần, cắt năng lượng cao trong môi trường nước, cắt đơn cực cầm máu, chế độ cắt/đốt xen kẽ ứng dụng cắt cơ vòng, cắt polyp.
- **Chế độ đốt đơn cực:** Có đầy đủ các chế độ đốt đơn cực như: đốt cầm máu sâu, đốt cầm máu phun không tiếp xúc, chế độ cầm máu bóc tách, chế độ cầm máu nhanh, chế độ cầm máu đôi – kích hoạt đồng thời hai tay dao trên cùng một máy – hiệu ứng mô không đổi.
- **Chế độ cắt lưỡng cực:** Có đầy đủ chế độ cắt lưỡng cực: cắt lưỡng cực tự động, cắt lưỡng cực trong môi trường nước muối sinh lý Bipolar Resection.

- **Chế độ đốt lưỡng cực:** Có đầy đủ chế độ đốt lưỡng cực: đốt lưỡng cực sâu không gây than hóa mô, đốt lưỡng cực nhanh. Tích hợp chế độ hàn mạch dùng trong mổ hở và nội soi với mạch máu lên đến 7mm.

2. Dao đốt Argon

- Có đầy đủ các chế độ đốt Argon Plasma: đốt bề mặt, đốt xung, đốt chính xác
- Có thể điều chỉnh lưu lượng khí từ 0.1 lít/phút đến 8 lít/phút

Ghi chú:

Tính năng kỹ thuật nêu trên chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung ứng chào giá; bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Do đó, Nhà cung ứng có thể chào giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.

CÔNG TY:.....
ĐỊA CHỈ:
MÃ SỐ THUẾ:....
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
Theo Công văn mời chào giá số: /BVĐKĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Mã hàng hóa (Model)	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Xuất xứ	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Mã HS của hàng hóa	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thuế VAT (...%)	Thành tiền sau thuế VAT (VNĐ)
						Đính kèm phụ lục chi tiết						(Ghi rõ % VAT và số tiền tương đương)	

Ngày... tháng... năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)