

Số: /BVĐKĐN-VTTBYT
V/v mời chào giá Máy xử lý mô,
Máy cắt lát vi thể quay tay.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Máy xử lý mô (số lượng: 01 máy) và Máy cắt lát vi thể quay tay (số lượng: 01 máy), kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Họ tên: Hoàng Thị Toàn

Chức vụ: Nhân viên

Số điện thoại: (02518) 825 606

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện

Địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế (P334), Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

(Lưu ý: Có giấy giới thiệu khi gửi báo giá trực tiếp).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 14/4/2026.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị: theo phụ lục (đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản; đồng tiền thanh toán: VNĐ.

- Thời hạn thanh toán: Theo thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau

- + Bảng chào giá có ký tên, đóng dấu (*theo biểu mẫu đính kèm*);
- + Báo giá thể hiện cụ thể mức % thuế VAT và số tiền thuế tương ứng;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (bắt buộc);
- + Hợp đồng tương tự gần nhất hoặc kết quả trúng thầu gần nhất tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Chất lượng hàng hóa: mới 100%, chưa qua sử dụng, năm sản xuất 2025 trở về sau, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- + Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng và không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Ban Giám đốc BV;
 - Website BV;
 - <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>.
 - Lưu: VT, VTTBYT.
- (ToanHT)

GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Tuấn

DANH MỤC

(Đính kèm Công văn số: /BVĐKĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2026
của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai)

MÁY XỬ LÝ MÔ
(Số lượng: 01 Máy)

I. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485
- Nguồn điện cung cấp: theo tiêu chuẩn điện áp Việt Nam.
- Môi trường hoạt động: phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường tại Việt Nam

II. Cấu hình:

- Máy xử lý mô tự động hệ thống kín: 01 máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

III. Tính năng kỹ thuật:

- Máy xử lý mô tự động hệ kín hoàn toàn, công suất ≥ 400 cassettes
- Bộ lọc xử lý mùi đạt tiêu chuẩn khi thải ra môi trường
- Có 2 chương trình chạy độc lập cho 2 buồng cho công suất xử lý mẫu ≥ 400 cassettes trong 1 lần chạy
- Màn hình hiển thị cài đặt: LED/LCD màu, cảm ứng
- Có từ ≥ 5 chương trình xử lý mẫu có sẵn
- Có phần mềm cài đặt và lưu trữ từ ≥ 20 chương trình xử lý mẫu
- Có phần mềm quản lý hóa chất theo dõi lượng hóa chất sử dụng theo cassettes
- Có chức năng khuấy trộn hóa chất.
- Có UPS lưu điện (tối thiểu 30 phút)
- Có chương trình làm sạch sáp còn sót tránh tắc, nghẽn.
- Có cảm biến mức để theo dõi mức chất lỏng trong buồng
- Bình hóa chất có thiết kế chống tràn
- Có chức năng đổ/ xả từ xa giúp giảm thiểu tiếp xúc với hóa chất, paraffin
- Sử dụng được hầu hết các hóa chất hiện có trên thị trường Xylen, Clear Rite,...

IV. Yêu cầu khác:

- Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng.
- Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh)
- Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao.

MÁY CẮT LÁT VI THỂ QUAY TAY (Số lượng: 01 Máy)

I. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%.
- Sản xuất năm 2025 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485
- Nguồn điện cung cấp: theo tiêu chuẩn điện áp Việt Nam.
- Môi trường hoạt động: phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường tại Việt

Nam

II. Cấu hình:

- Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

III. Tính năng kỹ thuật:

- Có chế độ lùi mẫu khoảng $\geq 20 \mu\text{m}$
- Máy có bộ phận khóa tay quay ở mọi vị trí
- Có thể cài đặt chiều quay của tay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ
- Có cửa sổ hiển thị độ dày lát cắt
- Chức năng gọt ≥ 2 mức
- Điều chỉnh được lát cắt $\square 0.5 \mu\text{m}$ đến $\geq 60 \mu\text{m}$
- Giá giữ lưỡi dao có khả năng điều chỉnh góc nghiêng từ 0 độ đến 10 độ
- Có thanh bảo vệ lưỡi dao (an toàn cho nhân viên)
- Khoảng di chuyển mẫu theo chiều ngang: $\geq 25\text{mm}$
- Khoảng di chuyển mẫu theo chiều dọc: $\geq 59\text{mm}$
- Có thể gắn nhiều loại dao
- Có thể gắn nhiều loại ngàm kẹp khác nhau như ngàm kẹp cassette đa năng, ngàm kẹp mẫu tiêu chuẩn,...

IV. Yêu cầu khác:

- Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng.
- Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh). Có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
- Có cam kết cung cấp tờ khai hải quan, CQ, CO khi bàn giao máy.

Ghi chú: Tính năng kỹ thuật nêu trên chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung ứng chào giá; bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Do đó, Nhà cung ứng có thể chào giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.

CÔNG TY:.....
ĐỊA CHỈ:
MÃ SỐ THUẾ:....
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
Theo Công văn mời chào giá số: /BVĐKĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Mã hàng hóa (Model)	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Xuất xứ	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Mã HS của hàng hóa	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thuế VAT (...%)	Thành tiền sau thuế VAT (VNĐ)
						Đính kèm phụ lục chi tiết						(Ghi rõ % VAT và số tiền tương đương)	

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 180 ngày kể từ ngày 14/4/2026.
- Chúng tôi cam kết:
 - + Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - + Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - + Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày... tháng... năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)