

Số: /BVĐKĐN-VTTBYT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

V/v mời chào giá vật tư, linh kiện thay thế, cập nhật phần cứng và phần mềm cho Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) và Hệ thống chụp cắt lớp CT – Scanner.

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư, linh kiện thay thế, cập nhật phần cứng và phần mềm cho Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) và Hệ thống chụp cắt lớp CT – Scanner, kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Hoàng Thị Toàn

Chức vụ: Nhân viên

Số điện thoại: (02518) 825 606

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế (P334), Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

(Lưu ý: Có giấy giới thiệu khi gửi báo giá trực tiếp).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Trước 16 giờ 30 phút ngày 12/02/2026.**

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 12/2/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư, linh kiện thay thế cho Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) và Hệ thống chụp cắt lớp CT – Scanner theo phụ lục (đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản; đồng tiền thanh toán: VNĐ.
- Thời hạn thanh toán: Theo thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:

- + Bảng chào giá có ký tên, đóng dấu (*theo biểu mẫu đính kèm*);
- + Báo giá thể hiện cụ thể mức % thuế VAT và số tiền thuế tương ứng;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (bắt buộc);
- + Hợp đồng tương tự gần nhất hoặc kết quả trúng thầu gần nhất tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Chất lượng hàng hóa: mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tương thích 100% với thiết bị theo phụ lục (đính kèm).
- + Thời gian bảo hành: $\geq$ thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc BV;
- Website BV;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>.
- Lưu: VT, VTTBYT.
(ToanHT)

GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Tuấn

DANH MỤC
Vật tư, linh kiện thay thế, cập nhật phần cứng và phần mềm cho Hệ thống
Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) và Hệ thống chụp cắt lớp
CT – Scanner

(Đính kèm Công văn số: /BVĐKĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2026
của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai)

1. Danh mục vật tư thay thế

Stt	Danh mục	ĐVT	Số lượng
I	Danh mục vật tư thay thế cho Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) một bình diện (Model: Artis zee, Hãng sản xuất: Siemens – Đức) gồm có:		
1	Cảm biến huyết động học dùng cho máy chụp mạch - Chất liệu vỏ ngoài: đồng - Chức năng: Thu nhận tín hiệu huyết áp xâm lấn của bệnh nhân	Cái	02
2	Dây cáp tín hiệu điện tim - Chiều dài cáp 3.8m - Đường kính khoảng 10mm - Hỗ trợ kết nối 10 điện cực đo tín hiệu điện tim theo chuẩn IEC1.	Cái	01
3	Cáp điện tim của máy chụp mạch - Chức năng: Ghi nhận tín hiệu điện tim - Cáp điện tim có 5 sợi nhỏ, mỗi sợi tiết diện khoảng 2mm	Cái	01
4	Cảm biến lượng oxy bão hòa trong máu - Cảm biến đo Oxy bão hòa - Chiều dài: khoảng 3.0 m - Điện áp: khoảng 3,3 VDC	Cái	01
II	Danh mục vật tư thay thế cho Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) hai bình diện (Model: Artis zee biplane, Hãng sản xuất: Siemens – Đức) gồm có:		
1	Cáp điện tim của máy chụp mạch - Chức năng: Ghi nhận tín hiệu điện tim - Cáp điện tim có 5 sợi nhỏ, mỗi sợi tiết diện khoảng 2mm	Cái	01
2	Dây cáp tín hiệu có đầu nối - Chức năng: Cáp chuyển đổi song song tín hiệu huyết áp xâm lấn - Chiều dài: 20 cm - Tiết diện: 1 cm - Kết nối hệ thống thu nhận tín hiệu đến cáp nối dài	Cái	02
3	Dây cáp kết nối áp lực xâm lấn - Chức năng: Cáp nối dài kết nối với cảm biến áp lực xâm lấn - Chiều dài 2 m - Chuẩn kết nối với cảm biến: 7 pin -EU - Tiết diện: 0.5 cm - Kết nối Cáp chuyển đổi tín hiệu đến cảm biến áp lực xâm lấn	Cái	01

Stt	Danh mục	ĐVT	Số lượng
4	Cảm biến huyết động học dùng cho máy chụp mạch - Chất liệu vỏ ngoài: đồng - Chức năng: Thu nhận tín hiệu huyết áp xâm lấn của bệnh nhân	Cái	02

2. Danh mục linh kiện thay thế

Stt	Danh mục	ĐVT	Số lượng
I	Danh mục linh kiện thay thế cho Hệ thống chụp cắt lớp CT-Scanner (32 lát cắt) (Model: SOMATOM go.Now, Hãng sản xuất: Siemens – Đức) gồm có:		
1	Camera (Bộ thu ảnh bệnh nhân) - Điện áp đầu vào: 24VDC. - Kết nối: RJ45, USB. - Chức năng: đèn màu trang trí, camera 2D theo dõi bệnh nhân và dùng khẩn cấp.	Cái	01
2	Bảng điều khiển - Điện áp đầu vào: 24VDC. - Kết nối: Rj45 - Chức năng: điều khiển bàn bệnh nhân, điều khiển phát tia, đàm thoại giao tiếp bệnh nhân từ phòng điều khiển	Cái	01
3	Micro-loa dùng trong bộ đàm thoại bệnh nhân - Điện áp đầu vào: 24VDC. - Kết nối: Rj45. - Chức năng: đàm thoại giao tiếp bệnh nhân từ khoang máy.	Cái	01
II	Danh mục linh kiện thay thế cho Hệ thống chụp cắt lớp CT-Scanner (256 lát cắt) (Model: SOMATOM Definition Flash, Hãng sản xuất: Siemens – Đức) gồm có:		
1	Bộ chuẩn trực tia X - Chức năng: Chuẩn trực chùm tia tới detector A - Điện áp: 24V - Các kết nối: + X10 tới X11 của bộ nguồn PDR + X11 tới X2 của bo mạch UMAR	Cái	01
2	Module thu nhận tín hiệu ảnh - Chức năng: Thu nhận tín hiệu tia X, chuyển đổi tín hiệu tia X thành tín hiệu điện - Nguồn cấp: 3.3 VDC, -2.8 VDC, 3.0 VDC - Kết nối: 01 kết nối connector X2 nguồn cấp từ bo mạch backplane và 01 kết nối connector X1 đường dữ liệu truyền tới bo mạch backplane.	Cái	01

3. Danh mục nâng cấp phần cứng và phần mềm

Stt	Danh mục	ĐVT	Số lượng
I	Danh mục cấp phần cứng và phần mềm (01 lần) cho hệ thống Huyết động học AXIOM Sensis Hemo LOW gắn với Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) một bình diện (Model: Artis zee, Hãng sản xuất: Siemens – Đức) gồm có:	Gói	01
	- Thay thế 02 Máy tính xử lý huyết động SENSIS Legacy ACQ HW Upgrade (RP5). + CPU: $\geq$ Intel Core i5 8500 – 3.00 GHz 6 Cores + RAM: $\geq$ 16 GB + VGA: NVIDIA P620 + HDD: $\geq$ 500 GB - Phần mềm cài đặt + Backup cấu hình hệ thống cũ SW Version VC11D + Thay thế 2 máy tính DMC và RTC model Fujitsu W410 bằng model mới HP RP5 + Lắp đặt cable tín hiệu và bộ chuyển đổi tín hiệu. + Cài đặt phần mềm mới VC12M + Restore cấu hình hệ thống. + Backup dữ liệu hệ thống mới VC12M - Phụ kiện đi kèm: + Sách hướng dẫn sử dụng VC12M + Phụ kiện cáp tín hiệu		

CÔNG TY:.....
ĐỊA CHỈ:
MÃ SỐ THUẾ:...
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
Theo Công văn mời chào giá số: /BVĐKĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Mã hàng hóa (Model)	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Xuất xứ	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Mã HS của hàng hóa	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thuế VAT (...%)	Thành tiền sau thuế VAT (VNĐ)
						Đính kèm phụ lục chi tiết						(Ghi rõ % VAT và số tiền tương đương)	

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 180 ngày kể từ ngày 12/02/2026.
- Chúng tôi cam kết:
 - + Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - + Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - + Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày... tháng... năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)