

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /779 /BVĐKĐN-VTTBYT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 12 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy ly tâm với nội dung như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng khởi, phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm báo giá:

- Ông: Mai Trung Tín

- Chức vụ: Nhân viên Vật tư Thiết bị y tế

- Số điện thoại: (02518) 825 609

3. Cách thức nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng khởi, phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá:

Từ 08 giờ 00 ngày 17 tháng 12 năm 2024 đến trước 16 giờ 30 ngày 27 tháng 12 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế.

STT	Danh mục	Số lượng	Đơn vị tính
1	<p><b>Máy ly tâm</b></p> <p><b>I. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị mới 100%.</li> <li>- Sản xuất từ năm 2024 trở về sau.</li> <li>- Xuất xứ: Nhóm nước G7</li> <li>- Nguồn điện cung cấp: 220/380V, 50Hz.</li> <li>- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001, IVD, CE, FDA</li> <li>- Môi trường hoạt động:</li> <li>+ Nhiệt độ hoạt động tối đa: 35°C</li> <li>+ Độ ẩm tối đa: 80%</li> </ul> <p><b>II. Cấu hình cơ bản:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy ly tâm lạnh: 01 cái</li> </ul> <p><b>ROTOR VẶNG:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotor văng 64 vị trí cho ống 5 ml: 01 cái</li> </ul> <p><b>III. Thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoảng nhiệt độ cài đặt: <math>\leq -20</math> đến <math>\geq 40^{\circ}\text{C}</math> (bước tăng <math>\leq 1^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>Có khả năng lựa chọn: <math>\geq 10</math> loại roto khác nhau</li> <li>- Khả năng tải tối đa: <math>\geq 4 \times 400</math> ml.</li> <li>- Tốc độ ly tâm tối đa: <math>\geq 18.000</math> rpm với rotor góc</li> <li>- Lực ly tâm tối đa: <math>\geq 29.500</math> xg (RCF) với rotor góc</li> <li>- Tốc độ tối đa rotor văng: <math>\geq 4,500</math> vòng/phút.</li> <li>- Lực văng tối đa: <math>\geq 4,200</math> xg (RCF)</li> <li>- Tất cả các rotor của máy đều có thể được hấp tiệt trùng ở 121C trong <math>\geq 60</math> phút</li> <li>- Có khả năng ghi nhớ chương trình đã tạo tương ứng với rotor</li> <li>- Có khả năng tự nhận dạng roto, phát hiện và báo lỗi khi ly tâm không cân bằng hoặc vượt quá tốc độ</li> <li>- Tốc độ có thể cài đặt từ <math>\geq 100</math> vòng/phút đến tốc độ tối đa</li> <li>- Thời gian cài đặt: lên đến <math>\geq 9</math> giờ 59'</li> <li>- Có chức năng ly tâm nhanh</li> <li>- Rotor không chổi than siêu bền.</li> <li>- Có <math>\geq 10</math> chế độ tăng tốc và <math>\geq 10</math> chế độ giảm tốc</li> <li>- Màn hình kỹ thuật số hoặc tương đương</li> </ul>		





<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nắp ly tâm khi đóng có thể khóa tự động</li> <li>- Khoá nắp bằng điện.</li> <li>- Rotor được chứng nhận Biocertified</li> <li>- Khả năng tải:</li> </ul> <p><b>ROTOR VẮNG:</b></p> <p>Rotor văng <math>\geq 64</math> vị trí cho ống 5 ml</p> <p>Tốc độ tối đa rotor văng: <math>\geq 4,200</math> vòng/phút</p> <p>Lực ly tâm tối đa rotor văng: <math>\geq 3,350 \times g</math>.</p>		
--	--	--

2. Địa điểm giao hàng:

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng Khởi, phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 20 đến 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ.
- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thỏa thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *NH*

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.



**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Đức Tuấn**

