

Số: /BVĐKĐN-VTTBYT
V/v mời chào giá Máy siêu âm tổng quát.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Máy siêu âm tổng quát (số lượng: 02 máy), kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Họ tên: Hoàng Thị Toàn

Chức vụ: Nhân viên

Số điện thoại: (02518) 825 606

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện

Địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế (P334), Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

(Lưu ý: Có giấy giới thiệu khi gửi báo giá trực tiếp).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 06/4/2026.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị: theo phụ lục (đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản; đồng tiền thanh toán: VNĐ.

- Thời hạn thanh toán: Theo thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau

- + Bảng chào giá có ký tên, đóng dấu (*theo biểu mẫu đính kèm*);
- + Báo giá thể hiện cụ thể mức % thuế VAT và số tiền thuế tương ứng;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (bắt buộc);
- + Hợp đồng tương tự gần nhất hoặc kết quả trúng thầu gần nhất tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Chất lượng hàng hóa: mới 100%, chưa qua sử dụng, năm sản xuất 2025 trở về sau, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- + Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng và không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Ban Giám đốc BV;
 - Website BV;
 - <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>;
 - Lưu: VT, VTTBYT.
- (ToanHT)

GIÁM ĐỐC**Ngô Đức Tuấn**

DANH MỤC

(Đính kèm Công văn số: /BVĐKĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2026
của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai)

MÁY SIÊU ÂM TỔNG QUÁT
(Số lượng: 02 máy)

I. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau
- Xuất xứ máy chính: G7 hoặc OECD
- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA (hoặc tương đương)
- Nguồn điện cung cấp: theo tiêu chuẩn điện áp Việt Nam.
- Môi trường hoạt động: phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường tại Việt Nam

II. Cấu hình:

- Máy chính thiết kế dạng xe đẩy
- 01 Đầu dò Convex đa tần
- 01 Đầu dò Microconvex đa tần
- 01 Đầu dò Volume Convex đa tần
- Các phụ kiện kèm theo: Bộ lưu điện, hệ thống máy tính, máy in laser màu, phần mềm báo cáo kết quả bằng tiếng Việt, tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt...

III. Tính năng, thông số kỹ thuật (hoặc tương đương):

1. Máy chính: sử dụng thăm khám sản khoa, phụ khoa, ổ bụng, bộ phận nhỏ, tuyến vú, mạch máu, nhi khoa, tim mạch, trực tràng, thần kinh, cơ xương khớp.

- Màn hình hiển thị kích thước: ≥ 21 inches LCD hoặc tương đương, độ phân giải: $\geq 1920 \times 1080$ pixel
- Màn hình cảm ứng: ≥ 14 inches
- Số ổ cắm đầu dò: ≥ 3 cổng
- Dải động: ≥ 350 Db
- Ổ cứng lưu trữ: ≥ 512 GB
- Lưu trữ dữ liệu định dạng file sang JPEG, BMP, TIFF
- Hệ điều hành Window 10-64 bit

Các mode hoạt động: B-mode (2D), M-mode, M-mode giải phẫu 2 con trở đồng thời, Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao (PW), Mode Doppler dòng màu (CFM), Mode Doppler năng lượng (PD), Mode Doppler năng lượng có độ nhạy cao, Mode 3D/4D.

Các tính năng, phần mềm: Phần mềm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh tự động, làm tăng độ nét các đường bờ mô, giảm nhiễu hạt, tăng cường độ mịn hình ảnh, giảm thiểu bóng lưng.

- Có các phần mềm hỗ trợ sản khoa, siêu âm mạch máu tổng quát, siêu âm 3D/4D, siêu âm phụ khoa, phần mềm trả kết quả tiếng Việt.
- Cho phép tái xử lý, tối ưu hóa hình ảnh đã lưu trữ trên máy
- Kết nối với hệ thống lưu trữ và quản lý hình ảnh bệnh viện theo chuẩn Dicom 3.0.

- Khả năng kết nối: Cổng kết nối HDMI, USB, mạng Ethernet (RJ45)

2. Các đầu dò

2.1. Đầu dò Convex đa tần

- Ứng dụng cho siêu âm bụng, sản khoa, phụ khoa
- Dải tần: từ ≤ 2.0 đến ≥ 5.0 MHz
- Số chấn tử: ≥ 192

2.2. Đầu dò Microconvex đa tần

- Ứng dụng cho siêu âm sản khoa, phụ khoa, trực tràng
- Dải tần: từ ≤ 3.0 đến ≥ 9.5 MHz
- Số chấn tử: ≥ 192

2.3. Đầu dò Volume Convex đa tần

- Ứng dụng cho siêu âm bụng, sản khoa, phụ khoa
- Dải tần: từ ≤ 2.0 đến ≥ 5.0 MHz
- Số chấn tử: ≥ 128

4. Phụ kiện kèm theo:

- UPS online ≥ 2 KVA
- Máy in laser màu: Cỡ giấy: A4, Tốc độ in: ≥ 30 tờ/Phút, ≥ 04 hộp mực ngoài
- Máy vi tính: CPU core i5 trở lên, bộ nhớ ≥ 16 GB, ổ cứng ≥ 1 TB, màn hình LCD ≥ 24 inch

Ghi chú:

Tính năng kỹ thuật nêu trên chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung ứng chào giá; bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Do đó, Nhà cung ứng có thể chào giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.

CÔNG TY:.....
ĐỊA CHỈ:
MÃ SỐ THUẾ:....
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Theo Công văn mời chào giá số: /BVĐKĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Mã hàng hóa (Model)	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Xuất xứ	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Mã HS của hàng hóa	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thuế VAT (...%)	Thành tiền sau thuế VAT (VNĐ)
						Đính kèm phụ lục chi tiết						(Ghi rõ % VAT và số tiền tương đương)	

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 180 ngày kể từ ngày 05/02/2026.

- Chúng tôi cam kết:

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

+ Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày... tháng... năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)