

Số: 1210 /QĐ-BVĐKĐN

Đồng Nai, ngày 06 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Stent kim loại đường mật sử dụng tại nhà thuốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 472/2015/QĐ-SYT ngày 23/4/2015 của Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành pháp luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Tờ trình số 58/TTr-KD ngày 05/05/2025 của Khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp stent đường mật phục vụ tại nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai;

Căn cứ báo giá stent đường mật từ công ty TNHH Thiết Bị Y Tế ETC.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp stent đường mật phục vụ tại nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với nội dung như sau:

- Tên nhà cung cấp: Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế ETC.
- Chi phí mua sắm: **42.000.000 đồng** (số tiền bằng chữ: Bốn mươi hai triệu đồng), số lượng: **2 cái**.

Thông tin chi tiết danh mục hàng hóa mua sắm ở phụ lục đính kèm.

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị.

- Phương thức mua sắm: Thương thảo hợp đồng và ký kết hợp đồng.

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định, thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng ký kết có hiệu lực đến ngày 31/12/2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Khoa Dược, Trưởng Phòng Tài chính kế toán và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, Khoa Dược.



GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Tuấn



STT	Tên mặt hàng	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Nhà sản xuất, Nước sản xuất	GĐKLH hoặc GPNK	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền	Tên nhà cung cấp
1	Stent kim loại đường mật	Chất liệu Platinol. Stent không phủ cover - có thể thu hồi stent sau 12 tháng. Cân quang 100% dưới C-arm. Có thể thu hồi sau khi bung 80% stent. Đường kính thân stent 10mm. Chiều dài stent 60-80-100mm. Đường kính Bộ đặt stent: 8Fr. Guidewire tương thích: 0,035 inch Bộ đặt stent có 3 vàng: 1 điểm báo hiệu giới hạn cuối của stent và bộ đặt. 2 điểm trên phần trên của tay đặt báo hiệu giới hạn cuối có thể thu hồi stent Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO, CFS Châu Âu	Ireland	2402349ĐKLH/BY T-HTTBG ngày 30/08/2024; 2400058ĐKLH/BY T-HTTB ngày 02/02/2024	Cái/hộp	cai	2	21.000.000	42.000.000	Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế ETC
Tổng cộng									42.000.000	