

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy ép tim bên ngoài lồng ngực với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng khởi, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm báo giá:

- Ông: Mai Trung Tín

- Chức vụ: Nhân viên Vật tư Thiết bị y tế

- Số điện thoại: (02518) 825 609

3. Cách thức nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng khởi, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá:

Từ 08 giờ 00 ngày 23 tháng 10 năm 2024 đến trước 16 giờ 30 ngày 06 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế.



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	<p>Máy ép tim bên ngoài lồng ngực</p> <p>Năm sản xuất: 2023 trở về sau.</p> <p>Xuất xứ: Nhóm G7</p> <p>Chất lượng: thiết bị mới 100%.</p> <p>Nhà sản xuất có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO, CE hoặc tương đương</p> <p>Nguồn cung cấp: dùng điện 220V, 50/60 Hz và Pin tích hợp theo máy.</p> <p>Môi trường hoạt động:</p> <p>+ Nhiệt độ hoạt động: từ ≤ -20 đến ≥ 45 độ C</p> <p>+ Độ ẩm hoạt động: ≥ 95 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Máy ép tim CPR, có khả năng kết nối được với Máy khử rung, tạo nhịp qua sóng bluetooth. Hai máy sẽ tự động đồng bộ trong quá trình ép tim và sốc điện. Có thể điều chỉnh trực tiếp thông số của ép tim trên màn hình của máy khử rung. - Máy ép tim có chức năng tự động cân chỉnh trực ép để đạt được độ sâu ép tim tối ưu nhất và đúng theo giá trị cài đặt. - Máy ép tim được thiết kế mô phỏng lại theo dạng cánh tay ép, thuận tiện trong việc lắp đặt máy sử dụng trên bệnh nhân. - Máy ép tim có thể sử dụng được trên bệnh nhân ở tư thế ngồi. - Có thể thay đổi cài đặt các thông số bất kỳ thời điểm nào trong quá trình sử dụng mà không cần phải ngưng lại tạm thời. - Mã hoá bằng màu sắc Xanh – đỏ - vàng để hướng dẫn người dùng điều chỉnh tối ưu trực của máy. - Chất liệu tấm sốc bằng nano carbon hoặc tương đương, cho phép tia X thấu xạ. - Máy có thể vừa sử dụng và vừa sạc pin mà không cần dừng máy. - Màn hình màu > 2,0". Hiển thị đồng thời chế độ hoạt động, độ sâu ép, tần số ép, thời gian điều trị, và thời gian còn lại của Pin hiển thị bằng phút. - Chất liệu pin: Lithium hoặc tương đương. - Thời gian sử dụng pin: ≥ 90 phút. - Thiết bị đạt tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP54 hoặc tương đương. 	01	Máy

	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị đạt tiêu chuẩn trên không: RTCA DO 160G hoặc tương đương. - Nguồn điện cung cấp: từ ≤ 15 đến ≥ 30VDC hoặc 110 - 240VAC. - Độ ồn khi hoạt động: ≤ 70 dB. - Tích hợp hệ thống quản lý các báo động. - Cân nặng toàn bộ máy: ≤ 8.0 kg. - Tần số ép tim: từ ≤ 80 đến ≥ 120 lần / phút (điều chỉnh mỗi mức là 1). - Độ sâu ép tim: từ ≤ 2 đến ≥ 6 cm (điều chỉnh mỗi mức là 0.1cm). - Có 03 chế độ điều trị: 30:2 ; 15:2 và liên tục. - Độ tuổi sử dụng: từ 8 tuổi trở lên. - Độ cao ngực: từ ≤ 15 đến ≥ 34 cm. - Độ rộng ngực: không giới hạn. - Cân nặng bệnh nhân: Không giới hạn. 		
--	--	--	--

2. Địa điểm giao hàng:


Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ.
- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thỏa thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 
 - Như trên;
 - Lưu: VT, VTTBYT.



Ngô Đức Tuấn

