

Số: /BVĐKĐN-VTTBYT
V/v mời chào giá bộ dụng cụ phẫu thuật
nội soi niệu

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi niệu, kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Họ tên: Mai Trung Tín

Chức vụ: Nhân viên

Số điện thoại: (02518) 825 606

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản Scan gửi qua mail: tothauvtbtyt@gmail.com
- Bản cứng nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện

Địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế (P331), Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).

(Lưu ý: Có giấy giới thiệu khi gửi báo giá trực tiếp).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 24/07/2026.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị: theo phụ lục (đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản; đồng tiền thanh toán: VNĐ.
- Thời hạn thanh toán: Theo thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau

- + Bảng chào giá có ký tên, đóng dấu (*theo biểu mẫu đính kèm*);
- + Báo giá thể hiện cụ thể mức % thuế VAT và số tiền thuế tương ứng;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (bắt buộc);
- + Hợp đồng tương tự gần nhất hoặc kết quả trúng thầu gần nhất tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Chất lượng hàng hóa: mới 100%, chưa qua sử dụng, năm sản xuất 2025 trở về sau, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- + Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng và không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc BV;
- Website BV;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>.
- Lưu: VT, VTTBYT.
(TinMT)

GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Tuấn

DANH MỤC

(Đính kèm Công văn số: /BVĐKĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai)

STT	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Tính năng, thông số kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi niệu - Thiết bị đạt các chứng chỉ chất lượng ISO 13485, EC hoặc tương đương - Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu - Thiết bị đồng bộ Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu - Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng - Sai số cho phép: $\leq 5\%$ - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi Stryker và Karl Storz hiện có tại Bệnh viện.			
I	Ống soi lấy sỏi thận qua da đường hầm nhỏ (Mini PCNL)			
1	Ống soi thận qua da cỡ nhỏ	Ống soi thận qua da cỡ nhỏ, thị kính gấp góc, cỡ ≤ 12 Fr., góc soi 12° , dài ≥ 22 cm, hấp tiệt trùng được, 1 kênh làm việc ≥ 6.7 Fr. dùng cho dụng cụ tối đa ≥ 5 Fr., sử dụng với ống vỏ ngoài và các phụ kiện kèm theo: Dụng cụ dẫn đường Công dụng cụ Nắp đậy, đóng gói ≥ 10 cái Đầu nối khóa LUER Khay lưới	Cái	1

2	Cầu nối 1 kênh dụng cụ	Cầu nối 1 kênh dụng cụ, lớn sử dụng với dụng cụ có đường kính ≥ 2 mm và ống soi thận	Cái	1
3	Kẹp gấp dị vật	Kẹp gấp dị vật, cỡ ≥ 5 Fr., hàm tác động đôi, loại mềm, dài ≥ 40 cm	Cái	1
4	Kềm lấy sinh thiết	Kềm lấy sinh thiết, ≥ 5 Fr., hàm tác động đôi, loại mềm, dài ≥ 40 cm	Cái	1
II	Dụng cụ tán sỏi ngược dòng bằng ống cứng			
1	Ống soi niệu quản-bể thận	Ống soi niệu quản-bể thận cỡ ≤ 7 Fr., góc soi 6° , dài ≥ 43 cm, Kích cỡ đầu xa: $\leq 6,5$ Fr., kích thước vỏ ngoài: ≤ 7 Fr., 1 step, 9.9 Fr., hấp tiết trùng được, thị kính gấp góc, ≥ 2 cổng tưới bên hông và 1 kênh làm việc ≥ 4.8 Fr. dùng cho dụng cụ cỡ ≥ 4 Fr., gồm ống soi và các phụ kiện sau: Cổng dụng cụ Nắp đáy, đóng gói 10 cái Khay lưới	Cái	1
2	Cầu nối	Cầu nối cho ≥ 2 kênh dụng cụ	Cái	1
3	Kềm gấp sỏi	Kềm gấp sỏi, loại cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 4 Fr., dài ≥ 60 cm	Cái	1
4	Kềm sinh thiết	Kềm sinh thiết, loại cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 4 Fr., dài ≥ 60 cm	Cái	1
III	Bộ dụng cụ bàng quang niệu đạo			
1	Ống soi quang học	Ống soi quang học, góc soi nghiêng 30° , tầm nhìn mở rộng, đường kính 4 mm, dài ≥ 30 cm, hấp tiết trùng được	Cái	2
2	Tay cắt thụ động	Tay cắt thụ động, sử dụng với vỏ ngoài 24/26 Fr. và đầu dò	Cái	1

		LASER lên đến 1.5 mm		
3	Vỏ bao	Vỏ bao ngoài $\geq 26\text{Fr.}$ mở hình xiên, có ≥ 2 đường nước vào và ra, vỏ trong có đầu bằng Ceramic có thể xoay được, gồm có: Vỏ ngoài Vỏ trong Ống nối bơm nước vào/ra	Cái	1
4	Nòng trong	Nòng trong đầu tù, mũi có thể hướng lên trên, sử dụng với vỏ ngoài 24/26 Fr.	Cái	1
5	Ống soi quang học	Ống soi quang học góc rộng, góc soi nghiêng 6° , thị kính gấp góc, hấp tiết trùng được, tích hợp truyền ánh sáng sợi quang và kênh làm việc, có đầu nối khóa cho nước vào	Cái	1
6	Đầu nối	Đầu nối dùng cho ống soi với vỏ ngoài ống soi cắt đoạn	Cái	1
7	Tay cắt chủ động	Tay cắt chủ động dùng cho cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến bằng lưỡng cực trong nước muối	Cái	1
8	Vỏ bao	Vỏ bao ngoài 26 Fr. mở hình xiên, có ≥ 2 đường nước vào và ra, vỏ trong có đầu bằng Ceramic có thể xoay được, có khóa tháo lắp nhanh, gồm có: Vỏ ngoài Vỏ trong	Cái	1
9	Nòng trong	Nòng trong đầu tù, dùng cho vỏ ngoài	Cái	1
10	Nòng trong	Nòng trong đầu tù, mũi có thể hướng lên trên, sử dụng với vỏ ngoài 24/26 Fr.	Cái	1
11	Điện cực cắt hình vòng lưỡng cực	Điện cực cắt hình vòng lưỡng cực, cỡ 24/26 Fr., tương	Cái	1

		thích với ống soi phía trên		
12	Điện cực đốt cầm máu lưỡng cực	Điện cực đốt cầm máu lưỡng cực, mũi nhọn, cỡ 24/26 Fr., sử dụng với ống soi phía trên	Cái	1
13	Điện cực cầm máu lưỡng cực	Điện cực cầm máu lưỡng cực, đầu hình cầu, cỡ 24/26 Fr., sử dụng với ống soi phía trên	Cái	1
14	Điện cực bóc nhân xơ	Điện cực bóc nhân xơ, hình bán cầu, 24/26 Fr., sử dụng với ống soi phía trên	Cái	1
15	Dây nối cao tần lưỡng cực	Dây nối cao tần lưỡng cực, dài ≥ 400 cm	Cái	1
16	Ống bơm hút dịch	Ống bơm hút dịch, dung tích ≥ 150 ml	Cái	1

CÔNG TY:.....
ĐỊA CHỈ:
MÃ SỐ THUẾ:....
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.
Theo Công văn mời chào giá số: /BVĐKĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Mã hàng hóa (Model)	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Xuất xứ	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Mã HS của hàng hóa	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thuế VAT (...%)	Thành tiền sau thuế VAT (VNĐ)
						Đính kèm phụ lục chi tiết						(Ghi rõ % VAT và số tiền tương đương)	

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 180 ngày kể từ ngày 24/07/2026.
- Chúng tôi cam kết:
 - + Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - + Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - + Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày... tháng... năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)