

Số: 1957 /BVĐKĐN-VTTBYT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2026

V/v mời chào giá Mua sắm hóa chất - vật tư xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hóa chất - vật tư xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Họ tên: Kịt Trà Mi

Chức vụ: Nhân viên

Số điện thoại: (02518) 825 606

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản Scan gửi qua mail: tothauvtbtyt@gmail.com (tiêu đề : Công ty... .. gửi báo giá theo yêu cầu báo giá số.....)

- Bản cứng nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện

Địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế (P331), Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).

(Lưu ý: Có giấy giới thiệu khi gửi báo giá trực tiếp).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 08/10/2026

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục vật tư:

STT	Tên hàng hóa thông thường hoặc tương đương	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dịch vụ xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung	"- Bộ dung dịch xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung - Xuất xứ: G7/ Châu Âu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE/ FDA, CFS	Lọ	1.200
2	Tăm bông vô trùng lấy mẫu vi sinh, thân gỗ	Sử dụng để lấy bệnh phẩm phục vụ xét nghiệm vi sinh Tăm bông vô trùng lấy mẫu vi sinh, thân que bằng gỗ, đầu bông cotton, Đóng gói riêng từng que, tiệt trùng, dùng một lần.	Cái	10.000
3	Dung dịch Hydrogen peroxide 30%	Dung dịch Hydrogen peroxide 30% (H_2O_2), nồng độ $30\% \pm 1\%$, dạng dung dịch Dung dịch trong, không màu hoặc gần như không màu. Là chất oxy hóa, được sử dụng làm hóa chất/thuốc thử trong các quy trình xét nghiệm, xử lý hoặc làm sạch theo yêu cầu kỹ thuật.	Lít	120
4	Thẻ xét nghiệm độ nhạy kháng nấm của vi nấm men	Thẻ xét nghiệm độ nhạy kháng nấm của vi nấm men, sử dụng phương pháp vi pha loãng trong môi trường lỏng, dùng để xác định độ nhạy của các chủng nấm men đối với các thuốc kháng nấm, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm vi sinh tự động tương thích.	Test	40
5	Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm	Dùng để định danh vi khuẩn Gram âm từ bệnh phẩm lâm sàng. Định danh dựa trên các phản ứng sinh hóa và phân tích tự động. Sử dụng được trên hệ thống định danh vi sinh tự động tương thích. Thẻ dùng một lần	Test	40
6	Test nhanh định tính virus cúm A và cúm B	1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phát hiện các kháng thể đặc hiệu với virus	Test	125

STT	Tên hàng hóa thông thường hoặc tương đương	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
		cúm A type (H1N1, H1N1/2009, H3N2, H4N6, H5N1, H5N3, H6N5, H7N1, H7N2, H8N4, H9N2) và cúm B. Thời gian đọc kết quả 10 phút, có thể biết kết quả sớm hơn (từ 1,5 phút) với các mẫu dương tính mạnh với chỉ số COI. Độ nhạy: Cúm A 97 %, cúm B 94,3%; độ đặc hiệu cúm A 97,6%, cúm B 97,6 % (so sánh với phương pháp PCR). Có đầu lọc loại bỏ chất nhày của bệnh phẩm. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485		
7	Test phát hiện HEV IGG/IGM	"Khay thử định tính IgG/IgM viêm gan E là xét nghiệm dựa trên phương pháp sắc ký miễn dịch để định tính nhanh chóng kháng thể (IgG/ IgM) với virus viêm gan E (HEV) có trong mẫu máu toàn phần/ huyết thanh/ huyết tương. Chỉ dùng trong chẩn đoán in-vitro. Khay thử bao gồm: Khay thử, ống nhỏ giọt, dung dịch đệm, túi chứa khay thử Độ nhạy: $\geq 93,3\%$. Độ đặc hiệu: $\geq 98,6\%$. Độ chính xác: $\geq 97,9\%$ Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Test	400
8	Test nhanh xét nghiệm viêm gan A HAV IgM	"Khay thử nhanh IgM HAV là xét nghiệm dựa trên phương pháp sắc ký miễn dịch để định tính nhanh chóng kháng thể IgM với virus viêm gan A (HAV) có trong mẫu máu toàn phần/ huyết thanh/ huyết tương. Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro. Khay thử bao gồm: Khay thử, ống nhỏ giọt, dung dịch đệm, túi chứa khay thử Độ nhạy: $\geq 95.7\%$. Độ đặc hiệu: $\geq 99.1\%$, độ chính xác $\geq 98.6\%$.	Test	400

STT	Tên hàng hóa thông thường hoặc tương đương	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
		Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485		
9	Test nhanh chẩn đoán giang mai kỹ thuật RPR Charbon	1. Đặc tính, thông số kỹ thuật: Test phát hiện kháng thể Treponemal trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương kỹ thuật RPR định tính Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100%. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Test	400
10	Thuốc nhuộm tiêu bản EA-50	Dùng để nhuộm tiêu bản tế bào trong kỹ thuật nhuộm Papanicolaou Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Xuất xứ: G7	ml	6.000
11	Thuốc nhuộm Orange G-6	Dùng để nhuộm các tế bào sừng hóa; dung dịch có màu cam nhạt, trạng thái lỏng Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Xuất xứ: G7	ml	4.000
12	Dung dịch gắn tiêu bản	Dùng để gắn và bảo quản lâu dài tiêu bản mô học có độ dày khoảng 2–5 μ m hoặc các thành phần tế bào đã nhuộm màu, phục vụ quan sát dưới kính hiển vi; dạng lỏng, không màu, mùi hăng Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Xuất xứ: G7	ml	400
13	Thuốc nhuộm Hematoxylin	Thuốc nhuộm sử dụng để tạo màu và độ tương phản cho tiêu bản mô học và tế bào học; nhuộm nhân tế bào thành màu xanh, hỗ trợ quan sát cấu trúc và chi tiết của nhân dưới kính hiển vi. Dạng dung dịch màu đỏ anh đào, không mùi, tan trong nước; pH 2,0–	ml	10.000

STT	Tên hàng hóa thông thường hoặc tương đương	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
		3,0. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Xuất xứ: G7		
14	Thẻ kháng sinh đồ nấm	Thẻ xét nghiệm độ nhạy kháng nấm của vi nấm men, sử dụng phương pháp vi pha loãng trong môi trường lỏng, dùng để xác định độ nhạy của các chủng nấm men đối với các thuốc kháng nấm, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm vi sinh tự động tương thích.	Test	40
15	Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm	Dùng để định danh vi khuẩn Gram âm từ bệnh phẩm lâm sàng. Định danh dựa trên các phản ứng sinh hóa và phân tích tự động. Sử dụng được trên hệ thống định danh vi sinh tự động tương thích. Thẻ dùng một lần, đóng gói kín, có số lô và hạn sử dụng.	Test	40
16	Dung dịch nhuộm Eosin 1%	1. Thành phần: Ethyl alcohol, Water, Methyl alcohol, Isopropyl alcohol, Eosin Y Dye, Acetic acid 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bắt màu nhanh, phân định thành phần tế bào rõ nét, không lẫn lộn màu tế bào nhân và tế bào chất 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	ml	8.000

2. Giá chào giá: đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định của Pháp luật

3. Địa điểm giao hàng:

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng thỏa thuận.

5. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau

- Văn bản đề nghị chào giá có thể hiện cam kết, chịu trách nhiệm trước Pháp luật đối với: mặt hàng chào giá đáp ứng các yêu cầu về tính năng, yêu cầu về kỹ thuật mời chào giá (kèm theo các tài liệu pháp lý và thông tin của doanh nghiệp);

bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Các thông báo, quyết định trúng thầu của mặt hàng chào giá (nếu có) trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký Thông báo mời chào giá trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia - Bộ Tài chính.

- Các công ty cam kết không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Các công ty cam kết Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Ban Giám đốc BV;
 - Website BV;
 - <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>.
 - Lưu: VT, VTTBYT.
- (MiKT)



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đinh Cao Minh

CÔNG TY:....
ĐỊA CHỈ:
MÃ SỐ THUẾ:....
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.

Theo Công văn mời chào giá số: /BVĐKĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	Mã số chào giá	Tên hàng hóa thông thường yêu cầu báo giá (hoặc tương đương)	Tính năng và yêu cầu kỹ thuật (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng	Tên thương mại	Số đăng ký lưu hành	Phân loại TBYT	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn giá báo giá (VNĐ)	Công ty báo giá	Đơn giá đã trúng thầu dưới 12 tháng (Nếu có)	Quyết định trúng thầu (Nếu có)	Nơi trúng thầu (Nếu có)	Ghi chú
											(Ghi rõ % VAT và số tiền tương đương)					

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 180 ngày kể từ ngày 21/09/2026

- Chúng tôi cam kết:

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

+ Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày... tháng... năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)