

Số: /BVĐKĐN-VTTBYT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy hút chân không cho hệ thống hút trung tâm và máy nén khí trung tâm của bệnh viện với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng khởi, phường Tam Hiệp, Đồng Nai.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm báo giá:
 - Ông: Mai Trung Tín
 - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế
 - Số điện thoại: (02518) 825 609
- Cách thức nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng khởi, phường Tam Hiệp, Đồng Nai.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 ngày 20 tháng 01 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế.

STT	Tên hàng hóa	DVT	Số Lượng
1	HỆ THỐNG KHÍ NÉN - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001 - Môi trường hoạt động: Phù hợp với nhiệt độ, độ ẩm và khí hậu tại Việt Nam - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn - Hệ thống phin lọc - Máy nén khí sử dụng Piston không dầu, chống sự mài mòn và có thể làm việc trong điều kiện nhiệt độ rất cao với độ bền cực lớn - Bộ lọc chống bụi đạt tiêu chuẩn TFP55 trở lên - Áp lực làm việc tối đa: ≥ 10 bar - Lưu lượng: ≥ 1200 lít/phút - Công suất máy: ≥ 15 Hp - Phin lọc thô có hệ thống xả nước tự động, chịu được áp lực tối đa ≥ 14 bar, lưu lượng: ≥ 2000 lít/phút - Phin lọc tinh có hệ thống xả nước tự động, chịu được áp lực tối đa ≥ 14 bar, lưu lượng: ≥ 2000 lít/phút - Phin lọc khuẩn có hệ thống xả nước tự động, chịu được áp lực tối đa ≥ 14 bar, lưu lượng: ≥ 1750 lít/phút - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng - Thời gian giao hàng: trong vòng $\leq 8 - 10$ tuần kể từ ngày ký hợp đồng - Bảo trì: 03 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành. - Có chứng chỉ chất lượng (CQ) và chứng chỉ xuất xứ	Máy	02

	hàng hóa (CO) khi giao hàng, và các giấy tờ liên quan. - Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng - Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị		
2	MÁY HÚT CHÂN KHÔNG CHO HỆ THỐNG HÚT TRUNG TÂM - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Phù hợp với nhiệt độ, độ ẩm và khí hậu tại Việt Nam - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn - Tủ điều khiển - Lọc khí đầu vào - Bộ khung đứng - Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380 – 460V/ 50Hz - Công suất: ≥ 7.5 kW - Lưu lượng: ≥ 560 m³/h - Độ ồn: ≤ 68 dB - Motor đạt chuẩn IP54 trở lên - Có thể kết nối với PC, laptop, smartphone, giám sát từ xa, thiết kế tự động chạy luân phiên và kết nối an toàn với hệ thống hiện hữu tại bệnh viện - Tủ điều khiển: có màn hình hiển thị ≥ 7 inches theo dõi bao gồm tất cả trạng thái hoạt động trên màn hình hiển thị như trạng thái hoạt động, số giờ hoạt động, áp suất,	Máy	02

nhiệt độ, chức năng cảnh báo, báo lỗi kèm âm báo hiển hiện trên màn hình, có bảo vệ quá áp, thấp áp, mất pha và công tắc dự phòng trong trường hợp bộ điều khiển gặp sự cố - Lọc khí đầu vào có lưu lượng $\geq 345 \text{ m}^3/\text{h}$, khả năng lọc khuẩn $\geq 99,99\%$ đạt chuẩn dùng trong y tế - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 24 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu thiết bị - Thời gian giao hàng: trong vòng $\leq 8 - 10$ tuần kể từ ngày ký hợp đồng - Bảo trì: 03 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành. - Có chứng chỉ chất lượng (CQ) và chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (CO) khi giao hàng, và các giấy tờ liên quan. - Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng - Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị		
---	--	--

2. Địa điểm giao hàng:

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Đồng Nai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng thỏa thuận.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ.
- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thỏa thuận.

5. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:

- Bảng chào giá có ký tên, đóng dấu.

- Báo giá thể hiện cụ thể tên thiết bị, model, hãng sản xuất, nước sản xuất, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, mức % thuế VAT và số tiền thuế tương ứng.

- Thời gian bảo hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.
(TinMT)

GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Tuấn