

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy Holter điện tim với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng khởi, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm báo giá:

- Ông: Mai Trung Tín

- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế

- Số điện thoại: (02518) 825 609

3. Cách thức nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng khởi, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá:

Từ 08 giờ 00 ngày 01 tháng 8 năm 2023 đến trước 16 giờ 30 ngày 10 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy Holter điện tim Model: BTL-08 Holter H100 Hãng sản xuất: BTL Industries JSC Chứng nhận ISO 13458 và EC Năm sản xuất: 2023 trở về sau Hàng mới 100%	1. Cấu hình thiết bị - Đầu thu Holter 3 kênh: 01 cái - Cáp bệnh nhân 5 điện cực: 01 cái - Bộ 3 dây đeo: 01 bộ - Bộ 4 viên pin và sạc: 01 bộ - Điện cực dán cho người lớn: 01 túi - Thẻ nhớ SD card 2GB: 01 cái - Điện cực dán: 01 túi - Hộp đựng máy: 01 cái 2. Thông số kỹ thuật - Số chuyển đạo: 3 chuyển đạo - Số điện cực gắn vào bệnh nhân: 5 điện cực - Thời gian ghi tối đa: 1 - 2 ngày - Chứng nhận sử dụng cho trẻ dưới 10kg: Có - Chứng nhận đánh giá khoảng ST: Có - Nút bệnh nhân / ghi âm giọng nói: Có - Kiểm tra chất lượng tín hiệu: Trên màn hình đầu ghi hoặc trên phần mềm BTL CardioPoint thông qua USB - Tự động ghi tín hiệu: 20 phút sau khi lắp pin - Tự động ghi tín hiệu sau khi thay pin: Có - Tần số đáp ứng ECG: 0.049 - 220 Hz (tắt bộ lọc) - Tần số lấy mẫu: ECG: bộ chuyển đổi A/D Delta - Sigma, 8 x 2000 Hz, Máy tạo nhịp: phát hiện 2 trục nhờ mạch chuyên dụng với chức năng phát hiện 40000 Hz - Độ phân giải kỹ thuật số: 24 bits / 1.52 μ V - Dải động: ± 66 mV - Phạm vi tín hiệu đầu vào: Dải động: ± 33 mV, độ phân cực: ± 393 mV, độ lệch điện áp ổn định: ± 5 V	01	Cái



		- CMRR: Cấp 5 chuyển đạo: > 100 dB - Mức độ nhiễu: < 7 μV - Kích thước (bao gồm kết nối điện cực bệnh nhân): 102 x 62 x 24 mm - Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ: 1°C - 55°C, độ ẩm: 10% - 95% - Trọng lượng: 106g khi không có pin, 155g khi có pin - Loại pin: 2 x AA > 1.2V - Dung lượng pin từng loại: Lithium AA: khoảng 116 giờ, Alkaline AA: khoảng 75 giờ, NIMH 2500 mAh: khoảng 51 giờ		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm giao hàng:

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 04 đến 06 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ.
- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thỏa thuận.

5. Thông tin khác:

Đơn vị báo giá theo Mẫu báo giá áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị được quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế.

Trân trọng./

Nơi nhận: *W*

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.



GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Tuấn

