

Số: /BVĐKĐN-VTTBYT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các mặt hàng:

- Chỉ Chromic Catgut 2/0 dài 75cm, kim tròn 1/2c-26mm.
- Kim gây tê đám rối thần kinh 30, 22G X 2, 0.70 X 50.
- Chặn lưới (airway) nhựa.
- Dây hút dịch phẫu thuật.
- Phim X-quang số hóa 25x30cm.
- Phim X-quang khô laser cỡ 14 x 17 inch (35 x 43cm).
- Phim X-quang khô laser 10 x 12 inch (25 x 30cm).

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành Phố Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm báo giá:

- Bà: Nguyễn Thu Hằng

- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế

- Số điện thoại: (02518) 825 609

3. Cách thức nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.

- Bản scan báo giá công ty vui lòng gửi qua mail: tothauvtbtyt@gmail.com (tiêu đề : Công ty... .. gửi báo giá theo yêu cầu báo giá số....)

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày ký Thông báo mời chào giá đến trước 16 giờ 30 ngày 07 tháng 08 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày 07 tháng 08 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Chỉ Chromic Catgut 2/0 dài 75cm, kim tròn 1/2c-26mm	Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, mềm dễ uốn. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả. Tiêu chuẩn: ISO 13485 Xuất xứ: G7	4.800	Tép
2	Kim gây tê đám rối thần kinh	1. Chất liệu: 2. Thông số kỹ thuật: Kim G22 dài 50mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cách điện, thân kim có chia vạch Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh để cầm khi chích, có dây nối để bơm thuốc 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	1.000	Cái
3	Chặn lưới (airway) nhựa	1. Chất liệu: Nhựa Polyethylen màu trắng, không độc hại 2. Thông số kỹ thuật: Chuôi khối căn mỗi size có màu riêng biệt, size số 0 (60mm,màu đen), số 1 (70mm, màu trắng), số 2 (80mm, màu xanh lá), số 3	10.000	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		(90mm, màu vàng), số 4 (100mm, màu đỏ) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485		
4	Dây hút dịch phẫu thuật	1. Chất liệu: PVC. 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài dây: $2m \pm 5\%$. Đường kính ngoài: $10 \pm 1mm$. Đường kính trong: $8 \pm 1mm$. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có 2 đầu nối bằng nhựa trong suốt. Tem tiết trùng chỉ thị màu, dán trên từng sản phẩm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	10.000	Cái
5	Phim X-quang số hóa 25x30cm	1. Chất liệu: Phim được phủ nền Polyester 7-mil, 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước 25x30 cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có thể nạp phim theo khay dưới ánh sáng thường, Phim chuẩn được nhuộm màu xanh, Phim có độ nhiễu thấp và mật độ đồng đều, Phù hợp với Máy in laser Trimax, Có thể lưu trữ phim được trên 100 năm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	23.000	Tấm
6	Phim X-quang khô laser cỡ 14 x 17 inch (35 x 43cm)	1. Chất liệu: - Phim được thiết kế trên nền Polyethylene terephthalate (PET) - Thành phần chính: polyethylene terephthalate (PET) 85-95%, polymers 1-10%, organic silver 1-10%, gelatine 1-10%, additives 0.1-15%, silver halides 0.05-1%	18.000	Tấm

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Có thể sử dụng cho máy in kỹ thuật số Konica. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001, CE		
7	Phim X-quang khô laser 10 x 12 inch (25 x 30cm)	1. Chất liệu: Polyethylene terephthalate 90%-99%; additives <1%; binding agents <1%, 2. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ 25 x 30cm 3. Tính năng kỹ thuật: Sử dụng được trong ánh sáng ban ngày. Có thể sử dụng cho máy in kỹ thuật số Konica 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE	13.000	Tấm

2. Giá chào giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định của Pháp luật

3. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành Phố Đồng Nai.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng thỏa thuận.

5. Hình thức thanh toán :

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ.

- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thỏa thuận.

6. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị chào giá có thể hiện cam kết, chịu trách nhiệm trước Pháp luật đối với: mặt hàng chào giá đáp ứng các yêu cầu về tính năng, yêu cầu về kỹ thuật mời chào giá (kèm theo các tài liệu pháp lý và thông tin của doanh nghiệp); bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá

hoặc nâng khống giá.

- Các thông báo, quyết định trúng thầu của mặt hàng chào giá (nếu có) trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký Thông báo mời chào giá trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia - Bộ Tài chính.

- Các công ty cam kết không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Các công ty cam kết Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.
(Hangnt6)

GIÁM ĐỐC

NGÔ ĐỨC TUẤN

CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
MÃ SỐ THUẾ: ...
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.
Theo Công văn mời chào giá số: /BVĐKĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	Mã số chào giá	Tên hàng hóa thông thường yêu cầu báo giá (hoặc tương đương)	Tính năng và yêu cầu kỹ thuật (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng	Tên thương mại	Số đăng ký lưu hành	Phân loại TBYT	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn giá báo giá (VNĐ)	Công ty báo giá	Đơn giá đã trúng thầu dưới 12 tháng (Nếu có)	Quyết định trúng thầu (Nếu có)	Nơi trúng thầu (Nếu có)	Ghi chú
											(Ghi rõ % VAT và số tiền tương đương)					

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày

- Chúng tôi cam kết:

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

+ Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày..... tháng..... năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)