

Số: /BVĐKĐN-VTTBYT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất Test xét nghiệm PSA toàn phần và Test xét nghiệm THYROGLOBULIN với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm báo giá:

- Bà: Kịt Trà Mi

- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế

- Số điện thoại: (02518) 825 609

- Email: p.vattu.bvdkdongnai@gmail.com

3. Cách thức nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.

(Lưu ý: Có giấy giới thiệu khi gửi báo giá trực tiếp).

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 ngày 28 tháng 08 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày 28 tháng 08 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hóa chất:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Test xét nghiệm PSA toàn phần	1. Thành phần: R1a: Hạt từ được phủ kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng PSA, muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azid và 0,1% ProClin 300 R1b: Kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng PSA cộng hợp với phosphatase kiềm (bò), chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò, protein (chuột), < 0,1% natri azid và 0,25% ProClin 300 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 0.008-150 ng/mL (Hyb Std), 0.008-121 ng/mL (WHO Std) Phương Pháp: two-site sandwich 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	300	Test
2	Test xét nghiệm THYROGLOBULIN	1. Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin, đệm TRIS chứa protein (bò), < 0,1% natri azide, 0,1% ProClin 300 R1b: Chất cộng hợp: kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng thyroglobulin - phosphatase kiềm (bò), đệm TRIS chứa protein (bò, chuột), < 0,1% natri azide, 0,1% ProClin 300 R1c: Các kháng thể (đơn dòng, chuột, gắn biotin) kháng thyroglobulin, đệm HEPES chứa protein (bò và chuột), < 0,1% natri azide và 0,5% ProClin 300 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 0.1-500 ng/mL Phương Pháp: one-step sandwich 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	500	Test

2. Địa điểm giao hàng:

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng thỏa thuận.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - Đồng tiền thanh toán: VNĐ.
 - Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thỏa thuận.
5. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:
- Bảng chào giá có ký tên, đóng dấu.
 - Báo giá thể hiện cụ thể mức % thuế VAT và số tiền thuế tương ứng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VTTBYT.
(MiKT)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đinh Cao Minh